



Miejsko – Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

59-330 Ścinawa, ul. Jagielly 2

Tel: 76 817-48-20
Mail: info@przychodnia.scinawa.pl
Nr konta: 38 1600 1462 0008 0474 3045 2001

GK. 381.5.2022

L.dz. 94. 2022

Ścinawa, dnia, 31.10.2022 rok

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Dostawa rejestratora holterowskiego EKG wraz z oprogramowaniem

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści Holter EKG wraz z oprogramowaniem o parametrach:

Oprogramowanie do analizy:
unikalne i proste panele zarządzania oraz interfejs użytkownika
precyzyjna i szczegółowa analiza przedsionkowa
precyzyjna analiza migotania przedsionków z oceną rodzaju migotania i rytmu poprzedzającego
analiza QT i ST
analiza zmienności rytmu serca
analiza arytmii z przeglądem i pasmami zdarzeń
inteligentne narzędzie do czyszczenia danych
analiza zdarzeń pacjenta
analiza widmowa HRV umożliwiająca szybką ocenę układu współczulnego i przywspółczulnego
działanie lokalne i sieciowe
formaty DICOM, HL7
raporty w formie informacyjnej i graficznej,
zautomatyzowana narracja w raportowaniu
szablony QRS
możliwość ustawień parametrów analizy
raport końcowy – możliwość tworzenia własnych komentarzy oraz wyboru elementów składowych
wbudowany w system czytnik kodów kreskowych i QR
opcjonalnie chmura do przechowywania bazy danych pacjentów
Rejestrator EKG:
3-kanalowe EKG
pobieranie próbek EKG do 1000 Hz z możliwością regulacji
rejestracja EKG online (Bluetooth), dająca możliwość podglądu zapisu EKG
wodoszczelny, IP67
próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością regulacji
zasięg Bluetooth do 100 m
pojemność pamięci: 4 GB, do 180 dni (zależne od ilości kanałów i częstotliwości)
krótki czas ładowania, ok. 1,5 godziny
transfer danych: micro-USB
detekcja zdarzeń stymulatora
format danych: EDF (Europejski Format Danych)
czas rejestracji na w pełni naładowanym akumulatorze: do 8 dni
waga 18 g.
wymiary maks. 5x3x1,5 cm
mocowanie rejestratora na pacjencie nie wymagające etui i pasków
Rejestracja 3 kanałów do 7 dni, bez potrzeby doładowywania

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat zgodny ze specyfikacją zamówienia.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Emilia Burns
Emilia Burns