



Miejsko – Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2

Tel: 76 817-48-20
Mail: sekretariat@przychodnia-scinawa.pl
Nr konta: 38 1600 1462 0008 0474 3045 2001

MGZZOP.381.1.2023
L.dz. 10.2023

Ścinawa, 19.05.2023 rok

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na dostawę detektora cyfrowego do zdjęć rentgenowskich

Pytanie 1

Ad.2. Wymagacie Państwo wagi detektora pomiędzy 3.5 kg a 4 kg. Czy zgodzicie się Państwo na zaproponowanie lżejszego detektora? Obecny trend najnowszych detektorów prowadzi do redukcji ich wagi, aby personel techniczny miał większy komfort pracy. Prosimy o dopuszczenie detektora od 2.5 kg do 4 kg.

Odpowiedź

Tak dopuszczamy detektor od 2,5 kg do 4 kg

Pytanie 2

Ad.9. DQE według normy RQAS – prawdopodobnie w tym zapisie wkradł się omyłkowy błąd. Czy chodzi Państwu o normę RQA5?

Odpowiedź

Tak, chodzi o normę RQA5

Pytanie 3

W zapytaniu nie został opisany komputer do oprogramowania. Czy instalacja ma odbyć się na Państwa komputerze? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów komputera w celu weryfikacji możliwości instalacyjnych.

Odpowiedź

Instalacja ma się odbyć na naszym komputerze.

Parametry: Komputer Dell i5-12gen, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Win11Pro w domenie, AV: Eset Endpoint Antivirus
Jeżeli parametry mają być większe proszę o informację.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha