



Miejsko – Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2

Tel: 76 817-48-20
Mail: info@przychodnia.scinawa.pl
Nr konta: 38 1600 1462 0008 0474 3045 2001

MGZZOP. 381.2.2023

L.dz. 99.2023

Ścinawa, dnia 12.10.2023 rok

Zaproszenie do składania ofert na dostawę lampy zabiegowo-operacyjnej bezcieniowej sufitowej

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dostawę **lampy zabiegowo-operacyjnej bezcieniowej**

Postanowienia ogólne

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto, w związku z tym zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)

Zamawiający

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Ul. Jagiełły 2

59-330 Ścinawa

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę lampy zabiegowo-operacyjnej bezcieniowej sufitowej o parametrach techniczno-jakościowych :

1	2
Lp	Wymagane parametry techniczno- jakościowe
1.	Lampa zabiegowo-operacyjna bezcieniowa sufitowa
2.	Dwuramienny wysięgnik umożliwiający swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe
3.	Źródło światła – 18 punktów świetlnych LED
4.	Regulacja natężenia światła w zakresie : 5000-100000 lux (w 5 krokach)
5.	Max. Natężenie światła 100 000 lux z odległości 1 metra
6.	Regulowana średnica pola roboczego w zakresie od 18 cm do 30 cm
7.	Regulowana temperatura barwowa: .3800/K, 4300/K, 4800/K
8.	Wielkość czaszy 35 cm x 34 cm
9.	Panel do sterowania parametrami lampy umieszczony na ramieniu przy czaszy
10.	Przyrost temperatury w polu roboczym < 1 °C
11.	Zasilanie 100-240 V
12.	Dostawa na koszt dostawcy
13.	Certyfikat CE i deklaracja zgodności
14.	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych
15.	Pełna instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim
16.	Okres gwarancji > 24 miesiące
17.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki w < 48 godz.
18.	Dostępność części zamiennych min. 10 lat

Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia

1. Dostawa *lampy zabiegowo-operacyjnej bezcieniowej* nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny.
2. Dostarczona *lampa zabiegowo-operacyjna bezcieniowa* i musi być fabrycznie nowa, data produkcji nie wcześniejsza niż ostatnie 12 miesięcy.
3. Oferowana przez Dostawcę *lampa zabiegowo-operacyjna bezcieniowa* musi posiadać aktualne Świadczenia rejestracyjne dopuszczające go do stosowania w placówkach medycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Lampa zabiegowo-operacyjna bezcieniowa musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, oraz posiadać aktualne dokumenty godnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
4. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczona *lampa zabiegowo-operacyjna bezcieniowa* będzie wolna od wad fizycznych i prawnych.
5. Termin obowiązywania gwarancji wynosi minimum **24 miesiące** od dnia podpisania protokołu odbioru.
6. Dokumentacja musi zawierać adres najbliższego dla siedziby Zamawiającego serwisu gwarancyjnego.
7. Termin dokonania naprawy zgłaszanych usterek nie może przekroczyć **5 dni** od daty ich zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi.
8. Zamawiający wymaga aby wszelka dokumentacja (instrukcje, aplikacje oraz opisy parametrów technicznych) sporządzona była w języku polskim.
9. Dostarczona *lampa zabiegowo-operacyjna bezcieniowa* powinna być oznakowana czytelnym Numerem identyfikacyjnym (typ, model nr seryjny).
13. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu posiadającego oznaczenie znakiem CE lub znakiem równoważnym, zgodnie z właściwymi certyfikatami.

Termin realizacji zamówienia

Maksymalnie 3 tygodnie od daty podpisania umowy

Termin i forma płatności

Przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury

Istotne postanowienia umowne

Zawarte w projekcie umowy – załącznik nr 1

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem do zapytania, powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez Dostawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 15 lub przesłać listownie na adres Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ksiegowosc@przychodnia-scinawa.pl

Termin składania ofert

1. Termin składania ofert do 20.10.2023 r. godz. 11:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2023 r. godz. 11:15

Kryterium wyboru ofert

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium cena brutto Waga

Cena brutto - **85%**

Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy -**15%**

1) Przez **kryterium cena brutto** zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę i
wpisaną w formularzu oferty cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach
kryterium Cena brutto (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

$$Kc = \frac{Ccn}{Cco} \times 85 \% \times 100$$

gdzie:

Ccn – oznacza najniższą cenę zaproponowaną brutto,

Cco – oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej,

Kc – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.

2) Przez **kryterium okres gwarancji** Zamawiający rozumie czas na jaki zostanie udzielona przez
Wykonawcę gwarancja dotycząca działania dostarczonych urządzeń. Okres gwarancji liczony jest w
miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru. Ocena punktowa w kryterium okres gwarancji
(Kg) będzie obliczana według następującej tabeli:

Kryterium okres gwarancji powyżej 36 miesiący	Waga
Minimum 24 miesiący	5 pkt
Minimum 36 miesiące	10 pkt
Minimum 48 miesiący i więcej	15 pkt

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający kierując się zasadą konkurencyjności za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma
największą ilość punktów według kryterium określonego przez Zamawiającego. W celu zapewnienia
porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mail) z
Oferentami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania. Dokumenty
co do których dany oferent nie dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakład
Opieki Podstawowej w Ścinawie


Ewa Burns